PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

07.08.2026

KERN CM 320-1N

Kapesní váha s integrovanou kalkulačkou

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VLASTNOSTI

- Jednoduchá a pohodlná obsluha 4 tlačítky
- Odklápěcí víko jako ochrana proti tlaku a prachu
- Robustní, praktický, dobře chráněný
- Integrovaná kalkulačka

TECHNICKÉ ÚDAJE

- LCD displej, výška číslic 12 mm
- Připraveno k provozu: baterie součástí, 2×1.5 V AAA, provozní doba až 33 h
- Rozměry vážicí plochy, plast, Š×H 70×80 mm
- Celkové rozměry Š×H×V 85×130×25 mm
- Čistá hmotnost cca 0,25 kg
- Přípustný rozsah okolních teplot 5 °C/35 °C

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Zkoušení šperků a drahých kovů
- Laboratoře
- Vzdělávání
- Školy
- Sběratelé např. mincí a drahokamů
- Potraviny a koření

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Opakovatelnost	Linearita	Rozměry Vážicí plocha
CM 60-2N	60 g	0,01 g	0,02 g	± 0,03 g	70×80 mm
CM 150-1N	150 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	70×80 mm
CM 320-1N	320 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	70×80 mm

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]	Opakovatelnost	Linearita	Rozměry Vážicí plocha
CM 1K1N	1000 g	1 g	1 g	± 2 g	70×80 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
315-408-405	Safety Set 315-408-405, obsažená kalibrační závaží 20 g (M1); 200 g (M1)
366-92	Kalibrační závaží 366-92 (třída OIML M3, jmenovitá hodnota 200 g, válcový tvar, lakovaná litina)

SLUŽBY

Model	Popis
961-247	Justáž na místě instalace 961-247 (Ne ve spojení s ověřením)
963-127	Kalibrační list DAkkS 963-127
969-517	Potvrzení specifikace výrobce (pouze ve spojení s kalibračním listem DAkkS) 969-517
970-011	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-011

KERN přehled piktogramů

	Externí justáž: Nastavení přesnosti pomocí externího justovacího závaží
	Přepínatelné jednotky, např. na nemetrické jednotky
	Provoz na baterie: Připraveno pro provoz na baterie
	Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den
	Akreditovaná kalibrace (DKD): Doba akreditované kalibrace činí 3 pracovní dny