PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

10.08.2026

SAUTER 283-483

Přesný mechanický siloměr v robustním hliníkovém pouzdře s odečtem v newtonech

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

VLASTNOSTI

- Stupnicová trubice z hliníku: robustní, odolná, praktická
- Stupnice v newtonech: Zobrazení výsledku měření v newtonech
- Dvojitá stupnice: Pro rychlé nebo přesné zjištění výsledku měření
- Měření tlakové síly: možné pomocí volitelné tlakové sady
- Rukojeť standardně
- Vlečná ručka standardně
- Držák: díky otočnému držáku lze stupnici vždy optimálně natočit ve směru pohledu
- Vysoká přesnost: Pružinové uložení bez vůle s integrovaným tarovacím šroubem pro vysoce přesnou justáž
- Nerezová pružina odolná proti únavě
- Klipsové oko s volně otočným spodním závěsem o 360°
- Kvalitní zpracování: Otěruvzdorná, barevně eloxovaná přesná stupnice s vysokým rozlišením pro nejjemnější odečet výsledku měření

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Přesnost měření: ± 0,3% z [Max]
- Rozsah tárování: 20 % z [Max]

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

- Dílna
- Řemesla a průmysl
- Zajištění kvality a vstupní kontrola zboží
- Zemědělství
- Volný čas a koníčky

PIKTOGRAMY

Standardně Volitelně





PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Čitelnost [d]		Úchyt břemene
283-152	1 N	0,01 N	•	Hák
283-252	3 N	0,02 N	•	Hák
283-302	6 N	0,05 N	•	Hák
283-402	10 N	0,1 N	•	Hák
283-422	25 N	0,2 N	•	Hák
283-483	50 N	0,5 N	•	Hák
283-502	100 N	1 N	•	Hák
283-602	200 N	2 N	•	Hák
283-902	500 N	5 N	•	Hák

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
285-890	Tlaková sada 285-890
285-892	Svorka 285-892
285-893	Adaptační sada 285-893
285-896	Hák 285-896
285-897	Vlečná ručka 285-897
285-898	Adaptační tyč 285-898
FL-A10	Síťový adaptér FL-A10

SLUŽBY

Model	Popis
961-161O	Tovární kalibrační list 961-161O (Zug | N)
970-014	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-014

KERN přehled piktogramů



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny