PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktová brožura

10.08.2026

SAUTER CS 7500-3P2

Tenzometrický snímač / snímač síly "S" z nerezové oceli

ČESKY



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Německo

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



VLASTNOSTI

- Oblast použití: měření hmotnosti a tlakové síly
- Vhodné pro závěsné váhy, váhy pro sila, zkušební stojany pro měření síly a další různé váhy

PIKTOGRAMY

Standardně



Volitelně



PŘEHLED MODELŮ

Model	Rozsah vážení [Max]	Rozsah měření [Max]
CS 50-3P2	50 kg	500 N
CS 100-3P2	100 kg	1 kN
CS 250-3P2	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P2	500 kg	5 kN
CS 2000-3P2	2000 kg	20 kN
CS 5000-3P2	5000 kg	50 kN
CS 7500-3P2	7500 kg	75 kN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis
CE RR24	Kloubová hlavice CE RR24
CJ P2	Rozbočovací skříň CJ P2, možnosti připojení: 2, hliník,
CJ P4	Rozbočovací skříň CJ P4, počet připojení: 4, hliník, IP65
CJ P4PG	Rozbočovací skříň CJ P4PG, možnosti připojení: 4, hliník,

Model	Popis
CJ X467	Rozbočovací skříň CJ X467, počet připojení: 4, nerezová ocel, IP67
CJ X468	Rozbočovací skříň CJ X468, počet připojení: 4, hliník, IP68
FS 407	Konektor pro snímač FS, namontovaný & justovaný do 120 kN FS 407
YKV-01	Digitální váhový převodník YKV-01

SLUŽBY

Model	Popis
961-166	Tovární kalibrační list 961-166 (směr síly tah | 51 kN – 120 kN | jednotka výsledku měření N | Kalibrační postup KERN)
961-166V	Tovární kalibrační list 961-166V (Tah | mV/V)
961-266	Tovární kalibrační list 961-266 (směr síly tlak | 51 kN – 120 kN | jednotka výsledku měření N | Kalibrační postup KERN)
961-266V	Tovární kalibrační list 961-266V (Tlak | mV/V)
961-366	Tovární kalibrační list 961-366 (směr síly tah, tlak | 51 kN – 120 kN | jednotka výsledku měření N | Kalibrační postup KERN)
961-366V	Tovární kalibrační list 961-366V (Tah, tlak | mV/V)
963-166	Kalibrační list DAkkS 963-166 (směr síly tah | 51 kN – 120 kN | jednotka výsledku měření N | Kalibrační postup DKD-R 3-3 - průběh A)
963-266	Kalibrační list DAkkS 963-266 (směr síly tlak | 51 kN – 120 kN | jednotka výsledku měření N | Kalibrační postup DKD-R 3-3 - průběh A)
963-366	Kalibrační list DAkkS 963-366 (směr síly tah, tlak | 51 kN – 120 kN | jednotka výsledku měření N | Kalibrační postup DKD-R 3-3 - průběh A)
970-015	Prodloužení záruky (+3 roky) 970-015

KERN přehled piktogramů



Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68



Zasílání balíků kurýrní službou: Doba interní přípravy produktu činí jeden den



Tovární kalibrace (ISO): Doba tovární kalibrace činí 4 pracovní dny